



**CIRCULAR Nº1: CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 1 - SECyT - UNSE**

**MODIFICACIONES TÉCNICAS**

REF: PICT-E 0072- DR.CLAUDIO BORSARELLI

Se procede a modificar el Ítem Nº 4 correspondiente a Especificaciones Técnicas enviada el día Viernes 13 de Noviembre del Corriente año, con toda la documentación para su participación en la Contratación Directa Nº 1 para la provisión de "Cromatógrafo Líquido Rápido de Proteínas FPLC con accesorio", que dice :

- "Debe incluir bombas y sistema de mezclado para generar gradientes de concentración, con flujos de trabajo al menos en el rango 0,05 ml/min a 10 ml/min, y con una presión máxima de trabajo de al menos 25 MPa (3626 psi)"

**SE MODIFICA CON EL TEXTO SIGUIENTE:**

- "Debe incluir bombas y sistema de mezclado para generar gradientes de concentración, con flujos de trabajo al menos en el rango 0,05 ml/min a 10 ml/min, y con una presión máxima de trabajo de al menos 15 MPa (2176 psi)"

Realizada la corrección correspondiente a los 16 días del Mes de Noviembre de 2020

Mg. Monica Graciela MARTINEZ  
SECRETARIA DE CIENCIA  
Y TECNICA  
Universidad Nacional de Sgo. del Estero

